

Overgang til nyt MID direktiv 2014/32/EU

Den 20. april 2016 bliver det nye måleinstrumentdirektiv 2014/32/EU indført i Europa. Dette betyder, at overensstemmelsescertifikater udstedt efter den 20. april 2016 skal opfylde kravene i det nye direktiv.

Hvad medfører ændringen for os?

Hvis I ansøger om en typeprøvning eller anden overensstemmelse i henhold til 2004/22/EF, eller I allerede har foretaget ansøgning i henhold til 2004/22/EF, skal I være opmærksom på, at overensstemmelsesproceduren skal være afsluttet inden d. 20. april 2016.

Certifikater/attester, som er udstedt i henhold til 2004/22/EF, er stadig gyldige og kan fornyes i henhold til 2014/32/EU, hvis der ikke er sket ændringer i måleinstrumentet. Der findes få undtagelser, hvor ekstra tests vil være påkrævet.

Hvis der er sket ændringer i måleinstrumentet, som vil kræve en revidering af certifikatet/attesten, vil det ikke længere være muligt blot at forny dette. I disse tilfælde vil det være nødvendigt at foretage en ny vurdering af instrumentet.

Hvad består ændringerne i direktivet af?

Overordnet er der ikke nogen tekniske ændringer i direktivet dog med enkelte undtagelser. Ændringerne består i en ensretning af direktiverne i henhold til forordning 768/2008/EF, hvilket i praksis betyder, at direktiverne er opstillet anderledes med inddeling i flere bilag.

Ændringer, som har betydning for jer som fabrikant/bemyndiget repræsentant, er:

- Nye aktører
 - **Fabrikant** – uændret
 - **Bemyndiget repræsentant** – hed tidligere "Godkendt repræsentant"
 - **Importør** – NYT - en aktør i EU som bringer instrument fra 3-land i omsætning i EU
 - **Distributør** – NYT - en anden aktør end fabrikant/importør som gør et instrument tilgængeligt på EU-markedet
- Overensstemmelseserklæring skal tydeliggøre og henvise til, hvilken standard der er brugt (harmoniserede standarder, normative dokumenter eller andet). I MID er der lavet en template under bilag XIII, som beskriver, hvad denne skal indeholde.
- Den tekniske dokumentation skal omfatte en fyldestgørende analyse og vurdering af risici (Modul A, A2, B, D1, E1, F1, G og H).

- I bilag III "Vandmålere" (MI-001) er dynamikområdet Q3/Q1 ændret til at skulle være ≥ 40 , hvilket er beskrevet i et tillæg til MID (EU) 2015/13.
- Fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og den fulde postadresse skal fremgå af måleinstrumentet.

Yderligere information

Ovenstående er kun en information om, at der sker ændringer.

Hvis I ønsker en fyldestgørende liste, kan jeg anbefale at fremskaffe direktiverne på www.eur-lex.europa.eu samt evt. "Blue guide" på EU's hjemmeside www.ec.europa.eu.

Venlig hilsen

Kurt Rasmussen

Ansvarlig MID/NAWI
FORCE Certification